

南京市生态环境局

关于对南京宁高协鑫燃机热电有限公司新建2台6t/h燃气锅炉项目环境影响报告表的审批意见

宁环（高）建〔2026〕30号

南京宁高协鑫燃机热电有限公司：

你公司报送的《南京宁高协鑫燃机热电有限公司新建2台6t/h燃气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，形成如下审批意见：

一、根据申报，项目位于南京市高淳经济开发区松园北路66号的现有厂区内。该项目本次利用现有场地建设，不新增用地，总用地面积约160m²；在现有厂区内增设2套6t/h的应急备用燃气锅炉（单套运行时间3000h/a）。拟建项目实施后，全厂合计5套供热机组（2套联合循环发电联产机组、1套50t/h应急备用锅炉机组、2套6t/h应急备用锅炉机组），其中50t/h及6t/h应急备用锅炉机组仅在热电联产机组停运（如政策变化、设备检修、锅炉故障等原因）期间启用，全厂的天然气用量不会超过原来环评核定的燃气总用量。项目总投资72万元，其中环保投资5万元。

二、根据《报告表》评价结论，在符合相关规划和环保政策要求并落实《报告表》所提出的相关污染防治及环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，你公司按《报告表》所述进行建设具备环境可行性。

三、在工程运行以及环境管理中，你公司须严格落实《报告表》提出的污染防治及环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各

类污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产领先水平。

（二）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水系统，拟建项目废水主要为锅炉排水，该项废水全部回用于机械通风冷却塔，冷却塔排水直接通过循环冷却水排放口（DW003）接管高淳新区污水处理厂，废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中未列指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

（三）落实大气污染防治措施。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保废气收集效率、处理效率、排气筒高度以及排放浓度达《报告表》提出要求。拟建项目废气项主要为燃气锅炉产生的燃烧废气，其排放的污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1限值。

（四）落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声降噪措施、优化设计方案及合理布局设备，确保声环境达到该区域的声功能要求，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）落实固废污染防治措施。按照“减量化，资源化，无害化”原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅

关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）的要求设置，一般固废贮存设施按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置。

（六）落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，落实污染防治区防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。

（七）落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期管理，修编突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，环境治理设施的设计、施工须符合安全生产的要求，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。

（八）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理和监测。

四、本项目实施后，主要污染物排放量指标暂核定为：

拟建项目废气有组织排放：颗粒物 $\leq 0.127\text{t/a}$ 、二氧化硫 $\leq 0.124\text{t/a}$ 、氮氧化物 $\leq 1.468\text{t/a}$ ；

污水污染物（接管/外排环境）：废水量 $\leq 420/420\text{t/a}$ ，COD $\leq 0.084/0.021\text{t/a}$ 、SS $\leq 0.042/0.004\text{t/a}$ 、氨氮 $\leq 0.21\text{t/a}$ 、TP $\leq 0.0245\text{t/a}$ 、TN $\leq 0.28\text{t/a}$ 、盐分 $\leq 595.65\text{t/a}$ 。

本次新增锅炉功能定位为应急使用，不会超过现有环评及批复核定的燃气总用量和污染物排放总量，无需进行总量申请。

五、该项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）完成验收手续。建设项目在投产前，按规定落实排污许可相关手续，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或验收不合格不得投入生产或使用。

六、按照环保要求建立企业环境保护工作档案。

七、该项目运营期间的环境现场监督管理由南京市高淳生态环境综合行政执法局负责。

八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

九、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方未开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：南京市高淳生态环境综合行政执法局